MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 – Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
P. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imp. Arezzo 3932
R.E.A. 68869
Cap. Soc. € 500.000
C/C Postale 13682521

LTD840P	Pulsiossimetro DIMED con memoria 72h

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Pulsiossimetro con memoria di 72 ore di piccolissime dimensioni, indossabile al polso come un normale orologio. indicato per la misurazione istantanea sella SpO2 e la memorizzazione dei dati ossimetrici e delle pulsazioni. Indicato sia per usi nell'ambito sportivo, raccolta dati medici (adulti - pediatrico) in ambito ospedaliero, registrazioni ambulatoriali, studi sulle disfunzioni del sonno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	*BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo 93/42	*Classe IIa*
Codice di classificazione GMDN	*45607*
Codice di classificazione CND	*Z1203020408*
MATERIALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Interno sensore	*Silicone*
DATI TECNICI	
Formato del display	*LCD*
Display saturazione SPO2	*70-100%*
Display pulsazioni cardiache	*30-235 Bpm*
Indicatore di carica batteria	*Presente*
Alimentazione	*1 pila AAA da 1,5V*
Precisione di misurazione SPO2	*+/- 2% in 80/100% +/-3% in 70-79%*
Precisione di misurazione BPM	*+/- 2 Bpm*
Dimensioni	*60 x 50 x 20 mm*
Peso	*26g*
Trasmissione dati	*USB*