SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD Rev. 01 – 05.11.2020

LTD801	Pulsiossimetro a dito DIMED

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Semplice e conveniente, piccolo, leggero (50gr. con batterie) facile da trasportare. Un segnale appare sul display per indicare quando la potenza delle batterie non è sufficiente a garantire un corretto funzionamento. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale. Display rotante due direzioni. E' sufficiente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. Incluso nella confezione un comodo laccio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD*
Codice fabbricante	*MD300C19*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe IIa*
Codice di classificazione GMDN	*45607*
Codice di classificazione CND	*Z1203020408*
Repertorio Dispositivi Medici	*801845*
MATERIALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Interno sensore	*Silicone*
DATI TECNICI	
Formato del display	*LED*
Range di misurazione SPO2	*70-100%*
Range misurazione pulsazioni cardiache	*30-250 Bpm*
Display frequenza battiti	*Barografo*
Indicatore di carica batteria	*Presente*
Alimentazione	*2 pile alcaline AAA da 1,5V*
Precisione di misurazione SPO2	*+/- 2% (70-100%)*
Precisione di misurazione BPM	*+/- 2 Bpm (30-99Bpm) +/-2% (100-250Bpm)*
Dimensioni	*58x32x34mm*
Peso	*50g batterie incluse*